



Хаяг: Өмнөговь аймаг, Цогцэций сум, Ухаа худаг уурхай
Имэйл: Laboratory@mtmc.mn

НҮҮРСНИЙ ХИМИЙН ЛАБОРАТОРИ



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

СОРЫЦЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Лаборатори дугаар
Сорьц хүлээн авсан огноо
Сорьц шинжилсэн огноо

25_028
09.11.2025
09.12.2025

Тайлангийн төрөл
Захиалагч
Тайлан илгээсэн

Геологи тайлан
"Хангад-Эксплорэйшн" ХХК
09.12.2025

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

№	Сорьцын нэр	НҮҮРСНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ															
		Чийг, %		Үнслэг, %		Дэгдэмхий бодис, %		Нийт хүхэр, %		Илчлэг чанар, ккал/кг			Чөлөөт хөөлтийн зэрэг	Барьцалдах чанар	Харьцангуй нягт, (20°C) г/см³		
		MNS ISO 589:2003	MNS GB/T 212:2015						MNS ISO 351:2001		MNS ISO 1928:2009			MNS ISO 501:2003	MNS ISO 15585:2014	MNS GB/T 217:2015	
		Mt,ar	Mad	Aad	Ad	Vad	Vdaf	St,ad	St,d	Qgr,ad	Qgr,ar	Qnet,ar	CSN	Gi	TRD,ad	TRDd	
1	TE S20 307 250911_1	6.1	2.39	25.83	26.46	21.44	29.87	0.69	0.71	5498	5290	5089	0.0	0	1.58	1.62	

Хянасан:

А.Төгсжаргал
Ахлах химич



Баталсан

Б.Алдарбаяр

Лабораторийн чанарын менежер

Тайлбар:

Сорьцтын үр дүнг MNS ISO 1170 стандартын дагуу тооцоолсон.

Дээжлэхийг лаборатори гүйцэтгэхгүй бөгөөд эдгээр сорьцтын үр дүн нь зөвхөн лабораторид хүтээн авсан дээжийг тусгаснаар.

Нүүрсний сорьцыг MNS GB T 474 стандартын дагуу бэлтгэсэн.

Энэхүү баримт бичгийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

Сорьцтын тайланг баталгаажуулах хуульчийн гарын үсэг байхгүй бол хүчингүй болно.

Энэхүү баримт бичгийн агуулга, дүр төрхийг зөвшөөрөлгүй өөрчлөх, хуурамчаар үзвэлх нь хууль бус бөгөөд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хуулийн дагуу хариуцахаг хүлээхэг.